

1. IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA TVRTKE

Naziv tvrtke

American Orthodontics
3524 Washington Avenue
Sheboygan, WI 53081

TEL. BROJ ZA HITNE SLUČAJE, 0-24

(920) 457-5051

Telefonski broj za informacije

(920) 457-5051

2. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA

Naziv proizvoda: Tvar za kiselinsko jetkanje (Gel/tekućina)
Opis proizvoda: Adhezivi – 37% Sredstvo za kiselinsko jetkanje na bazi fosfora
Broj proizvoda: REF 020-028536 & REF 020-028535
Materijal: Fosforna kiselina

3. INDIKACIJE ZA PRIMJENU, PODRUČJE PRIMJENE

Tvar za kiselinsko jetkanje je tvar za jetkanje s fosfornom kiselinom koja se koristi za jetkanje glazura i dentina za bolje prijanjanje tvari za primiranje/vezivanje na strukturu zubiju i restorativnih materijala.

4. KONTRAINDIKACIJE

Odgovornost stomatologa i ortodonta je u identifikaciji mogućih kontraindikacija koje su posljedica korištenja američkih ortodontskih proizvoda.

5. UPOZORENJA

Tvar za kiselinsko jetkanje sadrži korozivnu fosfornu kiselinu. Izbjegavajte kontakt s očima, sluznicom i kožom. Potražite informacije od američkog ortodontskog društva' SDS o „Fosfornoj kiselini“.

Tvar za kiselinsko jetkanje sadrži bakreni polifitalocijanin i kinolin žuti/FD&C Žuti Br. 10. Pacijenti koji su osjetljivi ili alergični na ova sredstva za bojenje ne smiju biti u kontaktu s ovim proizvodom.

6. NUSPOJAVE

Tijekom upotrebe neželjene nuspojave uključuju alergijske reakcije, manje neugodnosti i bolove.

7. PROCEDURE PRIJE KORIŠTENJA

1. UKorištenje rotirajućih instrumenata s gumenim poklopcem ili četkicom, emajlirana površina s profilaksom i za vezivanje profilakse.
2. Ne koristite paste za profilaksu koje sadrže ulje. To iza sebe može ostaviti film koji inhibira sredstvo za jetkanje.
3. Isperite i zube osušite s uljem/vlagom i komprimiranim zrakom.

8. UPUTE KORAK PO KORAK

NAPOMENA: Ako koristite druga sredstva za jetkanje, konzultirajte se s uputama za upotrebu proizvođača. Donja procedura Relevantna je samo za američka sredstva za jetkanje kiselinom.

1. Sredstvo za jetkanje kiselinom stavite u posudu za miješanje.
2. Izolirajte zube za jetkanje.
3. Sredstvo za jetkanje kiselinom premažite po cijeloj površini koja se vezuje. Sredstvo za jetkanje kiselinom ne trljajte na premazanu površinu. Izbjegavajte stavljanje sredstva za jetkanje na mekano tkivo.
4. Sredstvo ostavite da djeluje 30 sekundi (60 sekundi za mliječne zube).
5. Svaki zub isperite vodom/komprimiranim zrakom 10 sekundi (20 sekundi za gel za jetkanje) kako bi se proces jetkanja zaustavio. Područje za jetkanje mora biti u potpunosti bijelo. Ako ne, ponovo jetkajte dodatnih 10-15 sekundi.
6. Uklonite demineralizirane čestice

9. UVJETI ZA TRANSPORT I SKLADIŠTENJE

Skladištenje

- Spremnik mora biti dobro i čvrsto zatvoren.
- Skladištenje na temperaturi 50°- 77°F (10°- 25°C)
- Vijek trajanja na sobnoj temperaturi je u skladu s rokom trajanja. Mijenjajte inventar kako bi optimizirali rok trajanja.

Transport

- Transport na temperaturama između 50°- 77°F (10°- 25°C)
- Neispravno rukovanje može oštetiti proizvod

10. ODLAGANJE PROIZVODA

Malene količine sredstva za jetkanje kiselinom mogu se otopiti u većoj količini vode iz slavine. Veće količine moraju se odlagati u skladu s lokalnim/državnim zakonima. Prazna pakiranja mogu se reciklirati nakon detaljnog i prikladnog čišćenja.

11. JAMSTVO

Sredstva kupca s obzirom na bilo koje potraživanje zbog problema s proizvodima ili uslugama ograničena su izričito na pravo na popravak ili zamjenu takvih proizvoda (u skladu s ponuđenim opcijama prodavatelja) ili povrat uplaćenog iznosa. Prodavatelj se niti u jednom slučaju neće smatrati odgovornim za posljedično ili slučajno oštećenje, uključujući izgubljenu dobit kupca u pogledu robe ili usluga prodavatelja. Reklamacije zbog oštećenja ili problema s proizvodom moraju se poslati u roku od 30 dana od preuzimanja narudžbe.

12. INFORMACIJE I PROPISI

EC REP MT Promedt Consulting GmbH • Altenhofstrasse 80 • 66386 St. Ingbert, Njemačka

 American Orthodontics • 3524 Washington Avenue • Sheboygan, WI 53081 USA • (920) 457-5051



VIDI UPUTE ZA UPORABU



UPOZORENJE KOROZIVNO



POTREBNA JE STERILIZACIJA



OPREZ– KONZULTIRAJTE SE S IFU-om



SKLADIŠTITI NA TEMPERATURI IZMEĐU 50°F - 77°F (10° - 25°C)



VIDI WWW.AMERICANORTHO.COM ZA RJEČNIK SIMBOLA

OPREZ: FEDERALNI ZAKONI OGRANIČAVAJU PRODAJU OVOG UREĐAJA BEZ ODOBRENJA
STOMATOLOGA / ORTODONTA.

Informacije u IFU-u su ispravne i točne. Međutim, tvrtka American Orthodontics ne daje nikakvo izričito ili prešutno jamstvo u pogledu potpunosti informacije u svim mogućim uvjetima. **Moraju se poduzimati razumne mjere predostrožnosti.**