

1. IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI

Název společnosti

American Orthodontics
3524 Washington Avenue
Sheboygan, WI 53081

NONSTOP ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ

(920) 457-5051
Informační telefonní linka
(920) 457-5051

2. IDENTIFIKACE VÝROBKU

Název výrobku:

Kyselinové leptadlo (gel/tekutina)

Popis výrobku:

Lepidla – leptadlo s 37% kyselinou fosforečnou

Číslo náhradního dílu výrobce:

REF 020-028536 a REF 020-028535

Materiál:

kyselina fosforečná

3. INDIKACE K POUŽITÍ, OBLAST POUŽITÍ

Kyselinové leptadlo je leptadlo na bázi kyseliny fosforečné používané pro leptání zubní skloviny a dentinu za účelem zvýšení přilnavosti lepicích složek primeru/tmelu k zubu a restorativním materiálům.

4. KONTRAINDIKACE

Za identifikaci jakýchkoli možných kontraindikací, které by mohly bránit použití produktů společnosti American Orthodontics, zodpovídá zubní lékař a/nebo ortodontista.

5. VAROVÁNÍ

Kyselinové leptadlo obsahuje kyselinu fosforečnou a je žíravé. Vyvarujte se kontaktu s očima, sliznicí a pokožkou. Další informace viz bezpečnostní list „Kyselina fosforečná“ společnosti American Orthodontics.

Kyselinové leptadlo obsahuje CuPPC a chinolinovou žluť / FD&C žluť č. 10. Pacienti citliví nebo alergičtí na tuto barviva by s tímto produktem neměli přicházet do styku.

6. VEDLEJŠÍ ÚČINKY

Během používání se mohou vyskytnout nežádoucí vedlejší účinky, např. alergická reakce, nepříjemné pocity a bolest.

7. PROCEDURY PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE

1. Pomocí rotačního nástroje s gumovým nástavcem nebo kartáčkem očistěte zubní sklovinu, která má být lepena.
2. Nepoužívejte čisticí pasty s obsahem oleje. Mohly by zanechat film, který by znemožnil leptání.
3. Zuby pečlivě opláchněte a vysušte stlačeným vzduchem bez obsahu oleje/vlhkosti.

8. PODROBNÉ POKYNY

POZNÁMKA: Pokud používáte jiné gelové leptací systémy, seznamte se s jejich návodem k používání. Níže uvedený postup je platný pouze pro Kyselinové leptadlo společnosti American Orthodontics.

1. Umístěte dávku Kyselinového leptadla na mísicí podložku.
2. Izolujte zuby, které budou leptány.
3. Naneste Kyselinové leptadlo na celou oblast, která má být bondována. Nevírejte Kyselinové leptadlo na zubní sklovinu. Vyvarujte se umístění Kyselinového leptadla na měkkou tkáň.
4. Nechte 30 sekund leptat (60 sekund v případě mléčných zubů).
5. Každý zub opláchněte vodou / vodním sprejem po dobu 10 sekund (20 sekund v případě gelové verze produktu), čímž zastavíte leptání. Vyleptaná oblast by měla mít ledově bílou barvu. Pokud takovou barvu nemá, leptejte znovu po dalších 10 až 15 sekund.
6. Odeberte demineralizované částice.

9. PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVY

Skladování

- Nádoba musí být vždy pevně uzavřená.
- Skladujte při teplotě 50° až 77 °F (10° až 25 °C).
- Životnost produktu při pokojové teplotě viz datum expirace. Produkt otáčejte, abyste optimalizovali jeho životnost.

Přeprava

- Přepravujte při teplotě 50° až 77 °F (10° až 25 °C).

- Hrubé zacházení může produkt poškodit.

10. POKYNY K LIKVIDACI

Malé dávky produktu Kyselinového leptadla je možné při vypouštění do odpadu zředit velkým množstvím vody. Větší dávky je nutné likvidovat v souladu s místními/státními předpisy. Prázdné balení je možné recyklovat po důkladném očištění.

11. ZÁRUKA

Odškodnění kupce s ohledem na jakékoli nároky vyplývající z jakéhokoli defektu kteréhokoli zboží nebo služeb se omezují výhradně na právo opravy nebo výměny takového zboží (podle uvážení prodejce) nebo na vrácení ceny zboží. Prodejce v žádném případě nenes odpovědnost za jakékoli následné nebo související škody, včetně ušlého zisku způsobeného kupujícím s ohledem na jakékoli zboží nebo služby poskytované prodejcem. Nároky na náhradu škody nebo nedostatky je nutné podat do 30 dnů od přijetí objednávky.

12. INFORMACE O PŘEDPÍSECH



MT Promedt Consulting GmbH • Altenhofstrasse 80 • 66386 St. Ingbert • Německo



American Orthodontics • 3524 Washington Avenue • Sheboygan, WI 53081 • (920)457-5051



VIZ NÁVOD K POUŽITÍ



VAROVÁNÍ: ŽÍRAVÁ LÁTKA



NESTERILIZOVÁNO



SKLADUJTE PŘI TEPLOTĚ 55° až
77 °F (10° až 25 °C)

UPOZORNĚNÍ: FEDERÁLNÍ ZÁKONY ZAKAZUJÍ PRODEJ ČI OBJEDNÁVKY TOHOTO PRODUKTU JINÝMI OSOBAMI, NEŽ ZUBNÍMI LÉKAŘI / ORTODONTISTY.

SLOVNÍČEK SYMBOLŮ VIZ WWW.AMERICANORTHO.COM

Informace obsažené v návodu k použití jsou považované za platné a přesné. Společnost American Orthodontics však neposkytuje žádné záruky, ať vyjádřené či nepřímo vyjádřené, co se týče úplnosti informací za všech možných podmínek. **Vždy je nutné dodržovat přiměřená bezpečnostní opatření.**