

1. CÉGAZONOSÍTÁS

Cég neve

American Orthodontics
3524 Washington Avenue
Sheboygan, WI 53081

24 ÓRÁS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

(920) 457-5051

Információk

(920) 457-5051

2. TERMÉKAZONOSÍTÁS

Termék neve: Maratósav (gél/folyadék)
Termékleírás: Kötőanyagok – 37% foszfor-maratósav
Termék alkatrész száma: REF 020-028536 és REF 020-028535
Anyag: Foszforsav

3. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ, HASZNÁLATI TERÜLET

A maratósav egy foszfortartalmú maratósav, mely a fogzománc és a dentin maratásának céljából kerül használatra, így támogatva az alapozók/kötőanyagok tapadását a fogszerkezetre és a javítóanyagokra.

4. ELLENJAVASLATOK

A fogorvosok és/vagy fogszabályozó orvosok egyik fő feladata bármilyen olyan ellenjavaslat azonosítása, mely kizárhatja az American Orthodontics termékek használatát.

5. FIGYELMEZTETÉSEK

A foszfortartalmú maratósav foszforsavat tartalmaz és korrodáló hatással bír. Akadályozza meg a maratósav érintkezését a szemekkel, az orr nyálkahártyájával és a bőrrel. Lásd. az American Orthodontics SDS „Foszforsav” c. dokumentumát.

A maratósav poli-réz-ftalocianint és kinolinsárgát/FD&C 10 sárgát tartalmaz. Ne használja a terméket, amennyiben páciense érzékeny az említett festőanyagokra.

6. MELLÉKHATÁSOK

Használat közben kérjük, ne feledkezzen meg arról, hogy a mellékhatások, allergikus reakciók, enyhe nyugtalanság és fájdalom formájában is megnyilvánulhatnak.

7. HASZNÁLAT ELŐTTI INTÉZKEDÉSEK

- Amennyiben a forgóeszközt gumigyűrűvel vagy kefével használja, kérjük, polírozza megfelelően a megkötendő zománcfelületeket.
- Ne használjon olajtartalmú profilaktikus kenőcsöket. Ezek olyan vékony rétegek képződését idézhetik elő, melyek utólag akadályozhatják a maratást.
- A száraz fogakat öblítse alaposan olaj-/nedvességmentes sűrített levegővel.

8. RÉSZLETES UTASÍTÁSOK

MEGJEGYZÉS: Amennyiben egyéb gél alapú maratómegoldást használ kérjük, olvassa el a gyártó által közölt használati utasításokat. Az alábbi eljárás kizárólag az American Orthodontics maratósavak esetében használható.

- A maratósavat öntse a keverőblokkra.
- Szigetelje a fogakat, maratás céljából.
- Cseppentse a maratósavat a kezelendő teljes felületre. Ne helyezzen maratósavat a zománczott felületekre. Ne cseppentsen maratósavat lágyszövetekre.
- Hagyja a maratósavat 30 másodpercig hatni (60 másodpercig a tejfogak esetében).
- Mindegyik fogat öblítse 10 másodpercig vízzel/permetezővel (20 másodpercig a gél alapú maratóanyagok esetében) és szüntesse meg a maratóanyag hatását. A maratóanyaggal kezelt felületek színe világos fehérré kell változzon. Ellenkező esetben kenjen újabb maratóanyag réteget és hagyja hatni 10-15 másodpercig.
- Távolítsa el az ioncserélt részecskéket.

9. TÁROLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

Tárolás

- Bizonyosodjon meg a konténer megfelelő szigeteléséről.
- Tárolási hőmérséklet: 50° - 77°F (10° - 25°C)
- Tárolja szobahőmérsékleten, a lejárat dátumig. A készletet újítsa rendszeresen, az élettartam megőrzésének céljából.

Szállítás

- Szállítási hőmérséklet: 50° - 77°F (10° - 25°C)
- A durva vagy erőszakos kezelés a termék rongálódását okozhatja

10. LESELEJTEZÉSI FELTÉTELEK

Az alacsony mennyiségű maratósavak hígításához használjon megfelelő mennyiségű vizet. Amennyiben nagymennyiségű maratósavat használt, annak leselejtezésekor cselekedjen a helyi/országos előírásoknak megfelelően. Az üres csomagolást tisztítsa meg. A tiszta csomagolás újrahasználható.

11. GARANCIA ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

Amennyiben a felhasználó a termékek vagy szolgáltatások esetében hibát észlel, a felhasználó kizárólag termékjavításra, illetve termékcsereire (a forgalmazó döntésének függvényében), illetve megtérítésre jogosult. Amennyiben a forgalmazó termékei vagy szolgáltatásai miatt a felhasználó veszteségekkel szembesül, a szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli. A kártérítések, illetve a hiányok miatt benyújtott igények a megrendelés átvételét követő 30 nap alatt közölhetők.

12. SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK



MT Promedt Consulting GmbH • Altenhofstrasse 80 • 66386 St. Ingbert, Németország



American Orthodontics • 3524 Washington Avenue • Sheboygan, WI 53081 • (920) 457-5051



LÁSD A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT



FIGYELEM! MARÓANYAG!



NEM STERIL BEAVATKOZÁS



FIGYELEM! LÁSD A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT



TÁROLÁS: 50°F - 77°F (10° - 25°C)



A HASZNÁLT SZIMBÓLUMOKÉRT LÁSD WWW.AMERICANORTHO.COM

FIGYELEM: A SZÖVETSÉGI TÖRVÉNYEK ÉRTELMEBEN A KÉSZÜLÉK FORGALMAZÁSA FOGORVOSOK/FOGSZABÁLYZÓ ORVOSOK ÁLTAL VAGY RÉSZÉRE TILOS.

A használati útmutatóban említett információk érvényesek és pontosak. Az American Orthodontics nem garantálja az említett információk teljességét az összes lehetséges körülmény esetében. **Kérjük, figyeljen mindig az ésszerű biztonsági intézkedésekre.**