

1. ĮMONĖ

Įmonės pavadinimas

American Orthodontics
3524 Washington Avenue
Sheboygan, WI 53081

24 VAL. VEIKIANČIOS AVARINĖS TARNYBOS TELEFONAS

(920) 457-5051
Telefonas informacijai
(920) 457-5051

2. PRODUKTAS

Produkto pavadinimas: Rūgštinėėsdinimo medžiaga (gelis / skystis)
Produkto apibūdinimas: Klijai – 37 % fosforo rūgštisėsdinimo medžiaga
Produkto dalies Nr.: REF 020-028536 ir REF 020-028535
Medžiaga: Fosforo rūgštis

3. NAUDOJIMO PASKIRTIS, NAUDOJIMO VIETA

Fosforo rūgštisėsdinimo medžiaga naudojama emalio ir dantėnųėsdinimui, kad lipniosios medžiagos / surišamųjų medžiagų klijai lengviau suliptų su danties struktūros ir restauravimo medžiagomis.

4. KONTRAINDIKACIJOS

Dantų priežiūros specialistas ir / arba odontologas privalo identifikuoti bet kokias galimas kontraindikacijas, dėl kurių „American Orthodontics“ produktų naudoti būtų negalima.

5. ĮSPĖJIMAI

Rūgštinėjeėsdinimo medžiagoje yra fosforo rūgštis, tai yra koroduojanti medžiaga. Venkite sąlyčio su akimis, gleivine ir oda. Kreipkitės į „American Orthodontics“ dėl informacijos pateikiamos saugos duomenų lape „Fosforo rūgštis“.

Rūgštisėsdinimo medžiagos sudėtyje yra vario polifitalocianino ir geltono chinolino / geltonos spalvos Nr. 10 tartrazino (FD&C). Pacientai, kurie yra jautrūs arba yra alergiški šiems dažikliams, turėtų vengti sąlyčio su šia medžiaga.

6. PAŠALINIAI POVEIKIAI

Naudojimo metu gali pasireikšti tokie nepageidaujami pašaliniai poveikiai kaip alerginė reakcija, nedidelis diskomfortas ir skausmas.

7. PARENGIAMOSIOS PROCEDŪROS

1. Su sukamuoju instrumentu su guminiu indeliu ar šepetėliu nuvalykite emalio paviršių, kuris bus klijuojamas.
2. Nenaudokite valymo pastos, kurios sudėtyje yra riebalų. Ji gali sudaryti plėvelę, kuri susilpninsėsdinimo medžiagą.
3. Kruopščiai išskalaukite ir išdžiovinkite dantis su riebalų bei drėgmės neturinčiu suslėgtu oru.

8. NUOSEKLIOS INSTRUKCIJOS

PASTABA: Naudodami kitokias gelinesėsdinimo sistemas vadovaukitės gamintojo naudojimo instrukcijomis.

Procedūra toliau taikoma tiktai „American Orthodontics“ tiekiamai rūgštineiėsdinimo medžiagai.

1. Įmerkite rūgštisėsdinimo medžiagą į maišymo padėkliuką.
2. Apsaugokiteėsdinamą dantį.
3. Užpilkite rūgštisėsdiklio ant viso surišamo ploto. Netrinkite rūgštisėsdiklio ant emalio. Stenkitės neužtepti rūgštisėsdiklio ant minkštųjų audinių.
4. Palikite užteptą medžiagąėsdintis30 sekundžių (60 sekundžių - pieniniams dantims).
5. Norėdami sustabdytiėsdinimo procesą, kiekvieną dantį nuplaukite vandeniu arba purškite oru 10 sekundžių (20 sekundžių naudojantėsdinimo gelį).ėsdinama vieta turi būti šerkšno baltumo spalvos. Jeigu taip nėra, dar kartąėsdinkite 10-15 sekundžių.
6. Pašalinkite demineralizuotas daleles

9. LAIKYMO IR TRANSPORTAVIMO SĄLYGOS

Laikymo sąlygos

- Laikykite buteliuką sandariai uždarytą.
- Laikykite 10-25 °C (50-77 °F) temperatūroje.

- Galiojimo laikas kambario temperatūroje nurodytas ant etiketės. Norėdami optimizuoti naudojimo trukmę, atlikite atsargų rotacijos procedūrą.

Transportavimas

- Transportuokite 10-25 °C (50-77 °F) temperatūroje
- Elgiantis neatsargiai ar grubiai galima produktą sugadinti

10. IŠMETIMAS

Nedidelį kiekį rūgštinės ėsdinimo medžiagos galima praskiesti dideliu kiekiu vandens ir išpilti su nuotėkomis. Dideli kiekiai turi būti parduodami pagal vietos valdžios/ valstijos įstatymus. Kruopščiai ir tinkamai išvalius pakuotę, ją galima grąžinti perdirbimui.

11. GARANTIJA IR ATSAKOMYBĖ

Pirkėjo teisė į kompensaciją dėl bet kokių produktų ar paslaugų defektų apsiriboja išskirtinai tokių prekių suremontavimu arba pakeitimu (pardavėjo nuožūra), arba sumokėtos kainos grąžinimu. Jokiu atveju pardavėjas neatsako už jokių pasekminių ar atsitiktinių nuostolių, įskaitant negautą pelną, kurį pirkėjas patirtų dėl bet kokių prekių ar paslaugų, kurias parduoda ir teikia pardavėjas. Pretenzijas dėl žalos ar trūkumų privaloma pateikti per 30 dienų nuo užsakymo gavimo.

12. REGLAMENTINĖ INFORMACIJA



MT Promedt Consulting GmbH • Altenhofstrasse 80 • 66386 St. Ingbert, Vokietija



American Orthodontics • 3524 Washington Avenue • Sheboygan, WI 53081 • (920) 457-5051



ŽR. NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ



ĮSPĖJIMAS: ĖSDINA



NESTERILU



DĖMESIO – ŽR. NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ



LAIKYTI 10-25 °C (50-77 °F) TEMPERATŪROJE



SIMBOLIŲ PAAIŠKINIMŲ ŽR. WWW.AMERICANORTHO.COM

DĖMESIO: PAGAL FEDERALINĮ ĮSTATYMĄ ŠIS PRIETAISAS GALI BŪTI PARDUODAMAS TIK ODONTOLOGUI, GYDYTOJUI AR KITAM LICENCIJUOTAM GYDYTOJUI.

Informacija, pateikiama šioje naudojimo instrukcijoje, yra laikoma teisinga ir tiksli. Tačiau „American Orthodontics“ neteikia jokių išreikštų ar numanomų garantijų dėl informacijos pilnumo visomis įmanomomis sąlygomis. **Visada reikia paisyti pagrįstų atsargumo priemonės.**