

1. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Nazwa firmy

American Orthodontics
3524 Washington Avenue
Sheboygan, WI 53081

CAŁODOBOWY AWARYJNY NUMER TELEFONU

(920) 457-5051
Telefon ws. informacji
(920) 457-5051

2. IDENTYFIKACJA PRODUKTU

Nazwa produktu: Wytrawiacz kwasowy (żel/płyn)
Opis produktu: Kleje — wytrawiacz zawierający 37% kwasu fosforowego
Numer katalogowy: REF 020-028536 i REF 020-028535
Materiał: Kwas fosforowy

3. WSKAZANIA DO STOSOWANIA, DOMENA UŻYTKOWANIA

Wytrawiacz kwasowy zawierający kwas fosforowy jest używany do wytrawiania szkliwa i zębiny w celu promowania adhezji podkładu/środka wiążącego do struktury zębów i materiałów protetycznych.

4. PRZECIWWSKAZANIA

Zasadniczym obowiązkiem stomatologa i/lub ortodonta jest identyfikacja możliwych przeciwwskazań, które mogą wykluczać możliwość użycia produktów firmy American Orthodontics.

5. OSTRZEŻENIA

Wytrawiacz kwasowy zawiera kwas fosforowy i jest żrący. Unikać kontaktu z oczami, błonami śluzowymi i skórą. Należy zapoznać się z wydaną przez firmę American Orthodontics kartą charakterystyki substancji dotyczącą „kwasu fosforowego”.

Wytrawiacz kwasowy zawiera polifitalocyaninę miedzi i żółcień chinolinową/żółcień FD&C nr 10. Pacjenci z uczuleniem lub nadwrażliwością na te barwniki nie powinni mieć kontaktu z tym produktem.

6. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Do działań niepożądanych występujących trakcie użycia mogą należeć: reakcja alergiczna, niewielki dyskomfort i ból.

7. PROCEDURY PRZED ROZPOCZĘCIEM

1. Za pomocą instrumentu rotacyjnego z gumowym kielichem lub szczoteczką oczyścić powierzchnie szkliwa, które mają być wiązane.
2. Nie stosować past profilaktycznych zawierających olej. Może to doprowadzić do pozostawienia filmu, który zahamuje proces wytrawiania.
3. Dokładnie spłukać i osuszyć zęby sprężonym powietrzem niezawierającym oleju/wilgoci.

8. INSTRUKCJE SZCZEGÓŁOWE

UWAGA: W przypadku korzystania z innych systemów wytrawiaczy żelowych należy zapoznać się z instrukcją użycia wydaną przez producenta. Poniższa procedura dotyczy wyłącznie kwasowego wytrawiacza firmy American Orthodontics.

1. Umieścić wytrawiacz kwasowy na paletce.
2. Odizolować zęby do wytrawienia.
3. Delikatnie nanieść wytrawiacz kwasowy na cały obszar, który ma być wiązany. Nie wcierać wytrawiacza kwasowego w szkliwo. Unikać umieszczania wytrawiacza kwasowego na tkance miękkiej.
4. Pozostawić na 30 sekund (60 sekund w przypadku zębów mlecznych).
5. Spłukać każdy ząb dmuchawką woda-powietrze przez 10 sekund (20 sekund w przypadku wytrawiacza żelowego), aby przerwać proces wytrawiania. Wytrawiony obszar powinien być mlecznobiały. W przeciwnym razie należy powtórzyć wytrawianie przez kolejne 10–15 sekund.
6. Usunąć cząstki demineralizowane.

9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU

Przechowywanie

- Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
- Przechowywać w temperaturze 50–77°F (10–25°C)

- Okres trwałości w temperaturze pokojowej jest zgodny z terminem ważności. Należy zapewnić odpowiednią rotację zapasów, aby zoptymalizować okres trwałości.

Transport

- Transportować w temperaturze 50–77°F (10–25°C)
- Nieostrożna lub agresywna obsługa może spowodować uszkodzenie produktu.

10. USUWANIE

Niewielkie ilości wytrawiacza kwasowego można rozcieńczyć w dużej ilości wody w kanalizacji. Większe ilości należy usuwać zgodnie z przepisami lokalnymi/stanowymi. Puste opakowania można poddać przetwarzaniu po dokładnym i odpowiednim oczyszczeniu.

11. GWARANCJA

Zadośćuczynienie przysługujące nabywcy z tytułu roszczeń wynikłych z wad towarów lub usług jest ograniczone wyłącznie do prawa do naprawy lub wymiany takich towarów (w zależności od decyzji sprzedającego) lub zwrotu ceny zakupu. W żadnym przypadku sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wynikowe lub przypadkowe szkody, w tym utratę zysków przez nabywcę w związku z towarami lub usługami oferowanymi przez sprzedającego. Reklamacje lub powiadomienia o brakach należy składać w ciągu 30 dni od daty odebrania zamówienia.

12. INFORMACJE O PRZEPISACH



MT Promedt Consulting GmbH • Altenhofstrasse 80 • 66386 St. Ingbert, Niemcy



American Orthodontics • 3524 Washington Avenue • Sheboygan, WI 53081 • (920) 457-5051



PATRZ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



OSTRZEŻENIE: PRODUKT ŻRĄCY



PRODUKT NIEJAŁOWY



PRZESTROGA — PATRZ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



PRZECHOWYWAĆ W TEMPERATURZE 50–77°F (10–25°C)



SŁOWNIK SYMBOLI, PATRZ WWW.AMERICANORTHO.COM

PRZESTROGA: ZGODNIE Z PRAWEM FEDERALNYM (USA) NINIEJSZY WYRÓB MOŻE BYĆ
SPRZEDAWANY WYŁĄCZNIE STOMATOLOGOM/ORTODONTOM LUB NA ICH ZAMÓWIENIE.

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji użytkownika są uznawane za obowiązujące i dokładne. Firma American Orthodontics nie gwarantuje jednakże, w sposób wyrażony ani dorozumiany, kompletności tych informacji we wszystkich możliwych warunkach. **Zawsze należy zachowywać uzasadnione środki ostrożności.**